



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA
HOSPITAL MUNICIPAL "Dr. Waldemar Tebaldi"

Av. Saúde, nº 415 - Jd. N. Senhora de Fátima - Americana - SP
Tel.: 3471-6750 - Ramal 274 - 275 e 3471-6751

MEDIM PORT.
LOTE: 08
ITEM: 46

LAUDO TÉCNICO

(Avaliação de Produtos Novos)

MANCA: NUNMED.

Americana, 16 de ABRIL de 2021

Produto: AVENTAL DESCARTÁVEL PLÁSTICO IMPERMEÁVEL

Esterilização () óxido de etileno () vapor () não estéril () outros

Fornecedor: MEDIM PORT.

Reg. M.S. nº: 818 397 70002 Val. Reg. M.S.: / /

Reg. Alvará nº: Val. Reg. Alvará.: / /

Representante: Fone:

Finalidade do Produto: EPI COLABORADOR

Resumo de Desempenho do Produto

Responsável: Dra Juliana Pilon Setor: SCIH

Informações da embalagem: () Adequada () Inadequada

Abertura de Embalagem: () Fácil () Intermediário () Difícil

Praticidade: () Excelente () Adequada () Inadequado

Desempenho do Produto: () Satisfatório () Insatisfatório

Avaliação do teste:

Parecer Final do Produto: () aprovado () reprovado

Justifique:

Dra. Juliana Pilon
CCRH - Inspecção
CMM 340 6751

Assinatura Responsável

Comissão de Padronização

Manifestação da Comissão de Padronização:

() Aprovado () Reprovado

Data: / /

Nome e Assinatura



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA
HOSPITAL MUNICIPAL "Dr. Waldemar Tebaldi"

Av. Saúde, nº 415 - Jd. N. Senhora de Fátima - Americana - SP
Tel.: 3471-6750 - Ramal 274 - 275 e 3471-6751

LOTE 31
MEDEFE
TIENS 110 a 115

LAUDO TÉCNICO

(Avaliação de Produtos Novos)

Marca: *LABOR Import.*

Americana, 13 de ABRIL de 20 21 Nº 146
 Produto: CATETER INT. DESC. MEDIA/CURVA Nº 166/186/206/226/246
 Esterilização () óxido de etileno () vapor () não estéril () outros
 Fornecedor: MEDEFE
 Reg. M.S. nº: 10369460083 Val. Reg. M.S.: / /
 Reg. Alvará nº: Val. Reg. Alvará: / /
 Representante: Fone: 14130420996
 Finalidade do Produto: ACESSO VENOSO

Resumo de Desempenho do Produto

Responsável: Setor:

Informações da embalagem: () Adequada () Inadequada
 Abertura de Embalagem: () Fácil () Intermediário () Difícil
 Praticidade: () Excelente () Adequada () Inadequado
 Desempenho do Produto: () Satisfatório () Insatisfatório

Avaliação do teste: *Realizamos o teste com os abscritos de varias numerações com o mesmo resultado em ambos; perfuração na pele difícil e o sistema de dispositivo de proteção é inadequado. Risco muito grande de perfurar se contaminar uma vez que temos que punar o dispositivo para proteger a agulha.*

Parecer Final do Produto: () aprovado () reprovado

Justifique: *Teste de proteção ruim. Risco de contaminação. Perfuração na pele sem entrar no ponto pele.*

Teste realizado em setores Internação e Pediatria.

Fabiula Antonello
 Enf. Esp. Mestre
 COREN 106732-SP
 13/04/21

Assinatura Responsável

Comissão de Padronização

Manifestação da Comissão de Padronização:

() Aprovado () Reprovado

Data: / /

Nome e Assinatura