

Pregão Presencial nº 07/2019 – Processo Administrativo nº 000.273/2019

Objeto de licitação: “Registro de Preços para Fornecimento de Fios de Sutura Diversos”.

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos 22 dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 09h30min, reuniu-se o Pregoeiro e equipe de apoio da Fundação de Saúde do Município de Americana, quando foi instaurada a sessão, a fim de apreciar o pedido de esclarecimentos da empresa GRUPO SUPRIMED, protocolado sob o número 000.459/19. Conforme resposta do responsável técnico: *os itens 65, 68, 69, 70, 72, 81 e 82, poderão ser cotados com Poliglactina 910 ou Ácido Poliglicólico*. O teor do pedido de esclarecimentos da empresa Suprimed, juntamente com a presente resposta serão disponibilizados no site da FUSAME. Nada mais havendo a deliberar, subscrevem a presente ata o Pregoeiro, em conjunto com a Equipe de Apoio da FUSAME, cujo documento será disponibilizado no portal da instituição ► www.fusame.com.br ◀x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x




Sidnei de Andrade

Pregoeiro da FUSAME



Antonio Fernando Klink Fº

Equipe de apoio



Letícia Cristina S. Costa Brito

Equipe de apoio

A

Fundação de Saúde do Município de Americana – FUSAME

Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”

REF: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS – Pregão Presencial nº 07/2019.

A/C: Departamento Jurídico/Licitações da FUSAME

Prezados (as) Senhores (as),

Analisamos o referido Edital de Pregão Presencial nº 07/2019, que ocorrerá no dia 27 de março de 2019.

ITEM	QTDE.	DESCRIÇÃO
65	108	FIO CIRÚRGICO ABSORVIVEL, SINTÉTICO, COR INCOLOR, DIÂMETRO 5-0, COM 45 CM DE COMPRIMENTO, COM UMA AGULHA DE 1,50CM DE COMPRIMENTO, 1/2 CIRCULO, TRIÂNGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, BOA QUALIDADE E MALEABILIDADE, DURÁVEL DURANTE TODO O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE, 01 FIO POR ENVELOPE, ENVELOPE PAPEL CARTÃO E OU ALUMINIZADO. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
68	1008	FIO CIRÚRGICO ABSORVIVEL SINTÉTICO, COR INCOLOR, DIÂMETRO 3-0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, COM UMA AGULHA DE 2,40CM DE COMPRIMENTO, 3/8 CIRCULO, TRIANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, BOA QUALIDADE E MALEABILIDADE, DURÁVEL DURANTE TODO O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE, 01 FIO POR ENVELOPE, ENVELOPE PAPEL CARTÃO E OU ALUMINIZADO. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES DA DATA DE ENTREGA.
69	408	FIO CIRÚRGICO ABSORVIVEL SINTÉTICO, INCOLOR, DIÂMETRO 4-0, 45CM DE COMPRIMENTO, COM UMA AGULHA DE 1,50CM DE COMPRIMENTO, 1/2 CIRCULO, TRIÂNGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, BOA QUALIDADE E MALEABILIDADE, DURÁVEL DURANTE TODO O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE, 01 FIO POR ENVELOPE, ENVELOPE PAPEL CARTÃO E OU ALUMINIZADO. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
70	108	FIO CIRÚRGICO ABSORVIVEL SINTÉTICO, INCOLOR, DIÂMETRO 5-0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, COM UMA AGULHA DE 1,65CM DE COMPRIMENTO, 3/8 CIRCULO, TRIÂNGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, BOA QUALIDADE E MALEABILIDADE, DURÁVEL DURANTE TODO O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, ESTÉRIL, USO EM PLÁSTICA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE, 01 FIO POR ENVELOPE, ENVELOPE PAPEL CARTÃO E OU ALUMINIZADO. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
72	1200	FIO ABSORVIVEL SINTÉTICO MONOFILAMENTAR VIOLETA, DIÂMETRO -1-, COM 90CM DE COMPRIMENTO, COM UMA AGULHA DE 4,8CM DE COMPRIMENTO, 1/2 CIRCULO, CILINDRICA DE AÇO INOXIDÁVEL, BOA QUALIDADE E MALEABILIDADE, DURÁVEL DURANTE TODO O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE, 01 FIO POR ENVELOPE, ENVELOPE PAPEL CARTÃO E OU ALUMINIZADO. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
81	96	FIO SINTÉTICO 6,0 ESPÁTULA C/2 AG S-14 1/4 CIRC 8,0MM - VIOLETA TRANÇADO - COMPRIMENTO DO FIO 45CM – PARA OFTALMOLOGIA - AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL, BOA QUALIDADE E MALEABILIDADE, DURÁVEL DURANTE TODO O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE, 01 FIO POR ENVELOPE, ENVELOPE PAPEL CARTÃO E OU ALUMINIZADO. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
82	216	FIO CIRÚRGICO ABSORVIVEL SINTÉTICO, TRANÇADO, VIOLETA, DIÂMETRO 8-0, COM 30CM DE COMPRIMENTO, COM DUAS (02) AGULHAS DE 6,5MM DE COMPRIMENTO, 3/8 CIRCULO, ESPÁTULA, DE AÇO INOXIDÁVEL, BOA QUALIDADE E MALEABILIDADE, DURÁVEL DURANTE TODO O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, ESTÉRIL.

FUSAME - VALINHOS - RUA LUIS CARLOS BRUNELLO, 620 - SAO BENTO

Unidade de Valinhos

Rua: Luis Carlos Brunello, 620 - Sala 1 - Chacara São Bento

CEP: 13278-074 - Valinhos/SP

(19) 3849-9520 / www.gruposuprimed.com.br



UPRIMED

85

		EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE, 01 FIO PORENVELOPE, ENVELOPE PAPEL CARTÃO E OU ALUMINIZADO. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
--	--	--

Tendo em vista o descritivo dos itens acima não identificamos suas composições.

Favor esclarecer.

Estamos à disposição para quaisquer informações que se façam necessárias.

Sem mais.

Atenciosamente


Patricia Palomares Iglesias Feliciano

Unidade de Valinhos

Rua: Luis Carlos Brunello, 620 - Sala 1 - Chacara São Bento

CEP: 13278-074 - Valinhos/SP

(19) 3849-9520 / www.gruposuprimed.com.br



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

HOSPITAL MUNICIPAL "Dr. Waldemar Tebaldi"

86

Americana, 22 de março de 2019.

Ao


Setor de Licitações


Assunto: Esclarecimento Pregão Presencial 07/2019.

Conforme solicitado pela empresa Grupo Suprimed protocolado através do número 0459/2019 no dia 20/03/2019 referente ao Pregão Presencial nº.07/2019 esclarecemos que:

Os itens mencionados na nota de esclarecimento 65, 68, 69, 70, 72, 81 e 82 **poderão ser cotados com Poliglactina 910 ou Ácido Poliglicólico.**

Atenciosamente,


Fabricio L. Braz
Enfermeiro Responsável Técnico
COREN-SP 318.403


Sidnei de Andrade
Coord. Compras/Suprimentos
Matricula 1670