

Pregão Presencial nº 09/2021 - Proc. Adm. nº 000.311 de 12 de fevereiro de 2021
OBJETO: Fornecimento de Hemocultura Automatizado Adulto e Infantil.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em atenção ao pedido de esclarecimento da empresa AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., o Pregoeiro vem esclarecer, quanto aos seguintes questionamentos:

1) A empresa questiona sobre o “Anexo 01 - Item 01 – 1.1 – das características técnicas: Capacidade de incubar, monitorar e agitar simultaneamente no mínimo 50 frascos.” Argumentando que o equipamento BACTEC FX-40 da marca BD tem capacidade de incubar, monitorar e agitar simultaneamente 40 frascos, uma autonomia para 2.920 frascos/ano. Considerando que o quantitativo informado na solicitação foi de 2.500 frascos/ano, é possível alterar o descritivo do equipamento solicitado de 50 para 40 frascos simultâneos?

ESCLARECIMENTO: A respeito do suscitado supra, com base nas informações obtidas do setor técnico competente (Laboratório da Fundação de Saúde do Município de Americana) à fl. 31, verso, informa o Pregoeiro que a capacidade mínima de frascos no interior do equipamento é calculado de acordo com a rotina do laboratório, diminuir a quantidade de frascos, acarretaria prejuízo no andamento dos exames, sendo inviável a redução solicitada pela empresa.

Americana, 09 de abril de 2021.

Sidnei de Andrade
Pregoeiro