



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

HOSPITAL MUNICIPAL "Dr. Waldemar Tebaldi"

Americana, 11 de junho de 2019.

Ao

Setor de Licitações

Assunto: Julgamento Técnico de Amostras da Licitação de Tubos PP11/2019

Informo que as empresas INJEX e PONTUAL apresentaram amostras para validação da seguinte forma:

- INJEX: 100 tubos EDTA 4 ml, lote 789/19, validade 09/2020;

- PONTUAL: 50 tubos MICROLETA GEL 0,5 ml, lote 180914, fabricação 09/2018, validade 09/2020,


Após análises do setor do Laboratório de Análises Clínicas, segue as considerações finais.

- Os tubos de EDTA 4 ml da empresa INJEX apresentaram problemas técnicos de agregação plaquetária (in vitro) em 12 casos dos 100 colhidos. Em anexo as fotos tiradas através do microscópio em aumento de 1000 vezes, demonstrando os campos onde ocorreram essas agregações. É importante frisar que os exames com plaquetas baixas são confirmados com a solicitação de novas amostras, provocando um gasto maior com materiais, tempo de espera do paciente pelo laudo (Hospital e UBSs) e humanização do paciente (2 coletas distintas sem a real necessidade). Outra situação que pode ocorrer é o laboratório liberar uma falsa plaquetopenia dos pacientes atendidos e conseqüentemente leva-los a condutas desnecessárias do médico assistente. Sendo assim **DESCCLASSIFICO** esse item da empresa já mencionada.

- Os tubos de MICROLETA 0,5 ml da empresa PONTUAL já estão em desacordo com o edital, pois o mesmo solicita volume de 1,0 ml, mas como a empresa não descreveu seu item na proposta, optando por "copiar" e "colar" o descritivo fornecido pela Fundação, **DESCCLASSIFICO** esse item por estar em desacordo com o solicitado.

Foram verificados as licenças da Anvisa dos demais itens das empresas vencedoras e estão todos corretos.

Sem mais.


Marcelo Dias Ferreira Neves
Coord. Laboratório Análises Clínicas
CRBM: Nº. 7005

