

**ERRATA REFERENTE À ATA DE ANÁLISE DE AMOSTRA DO PREGÃO  
PRESENCIAL 11/2019 – PUBLICADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019**

Fundação de Saúde do Município de Americana – FUSAME

O Pregoeiro, em conjunto com a Equipe de Apoio da Fundação de Saúde do Município de Americana – FUSAME, comunica a quem possa interessar, que, em relação ao Pregão Presencial nº 11/2019 (*Processo Administrativo nº 000.351/2019 – Fornecimento de Tubos e Agulhas de Laboratório de Análises Clínicas*), a respeito da análise da amostra do **item 6:**

**ONDE SE LÊ:**

“...Item 06: “Os tubos de EDTA 4ml da empresa INJEX apresentaram problemas técnicos de agregação plaquetária (in vitro) em 12 casos dos 100 colhidos. Em anexo as fotos tiradas através do microscópio em aumento de 1000 vezes, demonstrado os campos onde ocorreram essas agregações. É importante frisar que os exames com plaquetas baixas são confirmados com a solicitação de novas amostras, provocando um gasto maior com materiais, tempo de espera do paciente pelo laudo (Hospital e UBSS) e humanização do paciente (02 coletas distintas sem a real necessidade). Outra situação que pode ocorrer é o laboratório liberar uma falsa plaquetopenia dos pacientes atendidos e conseqüentemente leva-los a condutas desnecessárias do médico assistente – DESCLASSIFICADA” - 2º melhor preço - **licitante “Becton Dickinson”**: Marca já homologada, preço dentro do estimado – Aprovado sem necessidade de apresentar amostra...”

**O CORRETO É:**

“...Item 06: “Os tubos de EDTA 4ml da empresa INJEX apresentaram problemas técnicos de agregação plaquetária (in vitro) em 12 casos dos 100 colhidos. Em anexo as fotos tiradas através do microscópio em aumento de 1000 vezes, demonstrado os campos onde ocorreram essas agregações. É importante frisar que os exames com plaquetas baixas são confirmados com a solicitação de novas amostras, provocando um gasto maior com materiais, tempo de espera do paciente pelo laudo (Hospital e UBSS) e humanização do paciente (02 coletas distintas sem a real necessidade). Outra situação que pode ocorrer é o laboratório liberar uma falsa plaquetopenia dos pacientes atendidos e conseqüentemente leva-los a condutas desnecessárias do médico assistente – DESCLASSIFICADA” - 2º melhor preço - **licitante “Greiner Bio-one”**: Marca já homologada, preço dentro do estimado – Aprovado sem necessidade de apresentar amostra...”

Americana/São Paulo, 17 de junho de 2019.

Sidnei de Andrade – Pregoeiro da FUSAME