





FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA  
HOSPITAL MUNICIPAL "Dr. Waldemar Tebaldi"

Av. Saúde, nº 415 - Jd. N. Senhora de Fátima - Americana - SP  
Tel.: 3471-6750 - Ramal 274 - 275 e 3471-6751

LAUDO TÉCNICO

( Avaliação de Produtos Novos )

Americana, 27 de Julho de 2021

Produto: Cateter Inserção Periférica 1.0 FR

Esterilização ( ) óxido de etileno ( ) vapor ( ) não estéril ( ) outros

Fornecedor: Biofarm

Reg. M.S. nº: \_\_\_\_\_ Val. Reg. M.S.: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Reg. Alvará nº: \_\_\_\_\_ Val. Reg. Alvará: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Representante: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Finalidade do Produto: Administração de medicação por via endovenosa

Resumo de Desempenho do Produto

Responsável: Enf. Luciene Setor: UTI-NEO

- Informações da embalagem:  Adequada ( ) Inadequada  
 Abertura de Embalagem:  Fácil ( ) Intermediário ( ) Difícil  
 Praticidade: ( ) Excelente ( ) Adequada ( ) Inadequado  
 Desempenho do Produto: ( ) Satisfatório  Insatisfatório

Avaliação do teste:  
Produto avaliado em 27/07/21 durante a introdução do  
cateter o mesmo não apresentou flexibilidade com isso dificultando  
o sua introdução. Calibre do cateter também apresentou dificuldade  
para inserir-lo nos durante o teste.

Parecer Final do Produto: ( ) aprovado  reprovado

Justifique: Na mudança que foi feita sobre o produto não  
atendeu

02/08/21

Luciene Inocência do Nascimento  
COREN-SP-196726-ENF

Assinatura Responsável

Comissão de Padronização

Manifestação da Comissão de Padronização: \_\_\_\_\_

( ) Aprovado ( ) Reprovado

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome e Assinatura