

# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Avenida da Saúde, 415 - Jardim Nossa Senhora de Fátima - C.G.C. 47.716.204/0001-97 - Inscrição Estadual: Isenta

## - Solicitação de Compra -

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 22743		Data: 24/04/2018		Por: TOMOGRAFIA

1	1.200	UNI	25920	CONTRASTE RAD. NÃO IÔNICO 320MG/125ML SERINGA PREENCHIDA
---	-------	-----	-------	--

### Ficha Técnica:

CONTRASTE RADIOLÓGICO NÃO IÔNICO 320MG / 125ML SERINGA PREENCHIDA  
APRESENTAR REGISTRO DO MEDICAMENTO NA ANVISA.

A EMPRESA VENCEDORA DESTE ITEM DEVERÁ FORNECER EM COMODATO SEM CUSTO ADICIONAL UMA INJETORA DE MEIOS DE CONTRASTE COM INTERFACE DE DISPARO NA MESA DE COMANDO À DISTÂNCIA, PROGRAMÁVEIS COM SELEÇÃO DE VOLUME, PRESSÃO E VELOCIDADE. PARA USO NO SETOR DE TOMOGRAFIA COMPATÍVEL COM O APARELHO SIEMENS - MODELO SOMATON SPIRIT - DUO SLICE - SÉRIE 70143.

A EMPRESA DEVERÁ PRESTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO SEM CUSTO ADICIONAL;  
A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DEVERÁ SER DE ACORDO COM NORMAS DO FABRICANTE;  
A MANUTENÇÃO CORRETIVA DEVERÁ SER FEITA ASSIM QUE SOLICITADO PELO SETOR DE TOMOGRAFIA, EM ATÉ 48 HORAS;  
SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANDO NECESSÁRIO, CASO NÃO OCORRA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DENTRO DO PRAZO;  
FORNECER TREINAMENTO TÉCNICO PARA MANUSEIO/USO DO EQUIPAMENTO PARA TODA A EQUIPE TÉCNICA DA TOMOGRAFIA;  
RELATÓRIO TÉCNICO DAS VISITAS FEITAS PELA EMPRESA QUANDO OCORRER MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA;  
A INJETORA DE MEIOS DE CONTRASTE DEVERÁ PERMANECER NO HOSPITAL DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO E ATÉ QUE TODO O MEDICAMENTO EM ESTOQUE SEJA CONSUMIDO.  
APRESENTAR REGISTRO DO EQUIPAMENTO NA ANVISA.

2	400	FRA	7417	CONTRASTE RAD. NÃO IÔNICO 240 ou 300 MG/ML - 50ML FRASCO
---	-----	-----	------	--

### Ficha Técnica:

CONTRASTE RADIOLÓGICO NÃO IÔNICO 240 ou 300 MG/ML - 50 ML FRASCO  
REGISTRO ANVISA.

3	1.200	UNI	7493	CONECTOR ESPIRALATO DE BAIXA PRESSÃO 300PSI 150CM
---	-------	-----	------	---

### Ficha Técnica:

CONECTOR ESPIRALATO DE BAIXA PRESSÃO 300 PSI 150CM COM CONECÇÃO LUER LOCK  
REGISTRO ANVISA.

4	1.000	FRA	7418	CONTRASTE RADIOLÓGICO IODADO IÔNICO 50ML - FRASCO
---	-------	-----	------	---

### Ficha Técnica:

CONTRASTE RADIOLÓGICO IODADO IÔNICO 50ML - FRASCO (300mg)  
REGISTRO ANVISA.