

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Avenida da Saúde, 415 - Jardim Nossa Senhora de Fátima - C.G.C. 47.716.204/0001-97 - Inscrição Estadual: Isenta

- Solicitação de Compra -

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação:	23513		Data: 15/03/2019	Por: ALMOXARIFADO

1	9.000	UN	526	EQUIPO P/ ADMINISTRAÇÃO SOLUÇÃO PARENTERAL ADULTO
---	-------	----	-----	---

Ficha Técnica:

EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL), ESTÉRIL, ATÓXICO. APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,30m, CONSTITUÍDO POR PONTA PERFURANTE TIPO UNIVERSAL COM FILTRO DE AR (TIPO VÁLVULA), CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL E TUBO EM PVC, COM OU SEM INTERMEDIADO POR SEGMENTO DE SILICONE GRAU MÉDICO, CONTENDO AINDA PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE), INJETOR LATEREAL (TIPO "Y") COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE E CONECTOR TERMINAL, COM CAPAS PROTETORAS NAS EXTREMIDADES, UTILIZADO PARA INFUSÃO DE LÍQUIDO INJETÁVEL EM VIAS PARENTERAIS, ESPECÍFICO PARA BOMBAS DE INFUSÃO. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. REGISTRO NA ANVISA.

A EMPRESA FORNECEDORA DO EQUIPO DEVERÁ ENTREGAR NA CONDIÇÃO DE COMODATO BOMBA DE INFUSÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

- BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICA LINEAR E SIMULTÂNEA POR CANAIS INDEPENDENTES, EM SISTEMAS MULTICANAL OU MODULAR OU ACOPLADA OU EMPILHÁVEL PROJETADA PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS QUE REQUEIRA INFUSÃO SEGURA, PRECISA E CONFIÁVEL, ATRAVÉS DE EQUIPOS ESPECÍFICOS, INDICADAS PARA PACIENTES NÉO-NATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTO;

- MOSTRADOR DIGITAL OU PICTOGRAMAS COM LEITURA EM PORTUGUÊS;

- OPÇÃO DE VISUALIZAÇÃO DE NOME DE ALGUMAS DROGAS EM USO (VASO E CARDIOATIVAS, QUIMIOTERÁPICOS);

- OPÇÃO DE ALTERAÇÃO RÁPIDA DE FLUXO SEM INTERROMPER A INFUSÃO;

- PROGRAMAÇÃO/PARÂMETRO MÍNIMO/MÁXIMO AJUSTÁVEIS PELO USUÁRIO;

VOLUME PROGRAMADO: ENTRE 0,1 A 9.999ml/h;

VELOCIDADE DA INFUSÃO: ENTRE 0,1 A 999ml/h;

- O EQUIPAMENTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER BIVOLTS;

- A BATERIA DEVERÁ TER A DURAÇÃO DE NO MÍNIMO 04 HORAS / 100ml/H;

- PESO DA BOMBA DE APROXIMADAMENTE 3 kg

- POSSUIR MEMÓRIA;

- PRECISÃO ACIMA DE 95%;

- OBRIGATORIAMENTE A BOMBA DE INFUSÃO DEVERÁ CONTER ALARMES VISUAIS E SONOROS CITADOS ABAIXO:

* FINAL DA SOLUÇÃO

* OCLUSÃO

* VAZÃO LIVRE

* BATERIA COM CARGA BAIXO

* AR NA LINHA (SEM ACESSO PARA DESLIGAMENTO);

* K.V.O.

AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO MANUAL DEVERÃO SER EM PORTUGUÊS.

- QUANTO DA EMPRESA FORNECEDORA DA BOMBA:

* ESTA DEVERÁ PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM ÔNUS PARA O HOSPITAL;

* MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO A CADA 03 MESES OU DE ACORDO COM NORMAS DO FABRICANTES;

* SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA QUEBRADA;

* RELATÓRIO QUANTO A DEFEITO APRESENTADO E QUAIS FORAM AS MEDIDAS TOMADAS;

* FORNECER TREINAMENTO TÉCNICO PARA MANUSEIO/USO DO EQUIPAMENTO A TODA EQUIPE;

- OBSERVAÇÕES:

O EQUIPAMENTO SOMENTE OBTERÁ ACEITAÇÃO DEFINITIVA APÓS SER SUBMETIDO A TESTES FUNCIONAIS;

OS FORNECEDORES DEVERÃO APRESENTAR AMOSTRA SE NECESSÁRIO DO EQUIPO E DA BOMBA DE INFUSÃO, IDENTIFICADO COM O NOME DO FORNECEDOR;

OS FORNECEDORES DEVERÃO APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO EQUIPO E DA BOMBA DE INFUSÃO;

AS BOMBAS DEVERÃO PERMANECER NESTA INSTITUIÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO E ATÉ QUE TODO O ESTOQUE SEJA CONSUMIDO.

2	1.800	UN	527	EQUIPO SOL.PARENTERAL C/CAMARA FLEX.ESCURA
---	-------	----	-----	--

Ficha Técnica:

EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL), ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,30m, CONSTITUÍDO POR PONTA PERFURANTE TIPO UNIVERSAL COM FILTRO DE AR (TIPO VÁLVULA) CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL E TUDO COM OU SEM PVC COM COMPOSTO FILTRANTE DE RADIAÇÕES LUMINOSAS, INTERMEDIADO POR SEGMENTO DE SILICONE GRAU MÉDICO, CONTENDO AINDA PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE), CONECTOR TERMINAL, COM CAPAS PROTETORAS NAS EXTREMIDADES, UTILIZADO PARA INFUSÃO DE LÍQUIDOS INJETÁVEIS EM VIAS PARENTERAIS, ESPECÍFICO PARA BOMBAS DE INFUSÃO. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. REGISTRO NA ANVISA.

A EMPRESA FORNECEDORA DO EQUIPO DEVERÁ ENTREGAR NA CONDIÇÃO DE COMODATO BOMBA DE INFUSÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

- BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICA LINEAR E SIMULTÂNEA POR CANAIS INDEPENDENTES, EM SISTEMAS MULTICANAL OU MODULAR OU ACOPLADA OU EMPILHÁVEL PROJETADA PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS QUE REQUEIRA INFUSÃO SEGURA, PRECISA E CONFIÁVEL, ATRAVÉS DE EQUIPOS ESPECÍFICOS, INDICADAS PARA PACIENTES NÉO-NATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTO;

- MOSTRADOR DIGITAL OU PICTOGRAMAS COM LEITURA EM PORTUGUÊS;

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
Nº Solicitação: 23513			Data: 15/03/2019	Por: ALMOXARIFADO

- OPÇÃO DE VISUALIZAÇÃO DE NOME DE ALGUMAS DROGAS EM USO (VASO E CARDIOATIVAS, QUIMIOTERÁPICOS);
- OPÇÃO DE ALTERAÇÃO RÁPIDA DE FLUXO SEM INTERROMPER A INFUSÃO;
- PROGRAMAÇÃO/PARÂMETRO MÍNIMO/MÁXIMO AJUSTÁVEIS PELO USUÁRIO;
VOLUME PROGRAMADO: ENTRE 0,1 A 9.999ml/h;
VELOCIDADE DA INFUSÃO: ENTRE 0,1 A 999ml/h;
- O EQUIPAMENTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER BIVOLTS;
- A BATERIA DEVERÁ TER A DURAÇÃO DE NO MÍNIMO 04 HORAS / 100ml/H;
- PESO DA BOMBA DE APROXIMADAMENTE 3 kg
- POSSUIR MEMÓRIA;
- PRECISÃO ACIMA DE 95%;
- OBRIGATORIAMENTE A BOMBA DE INFUSÃO DEVERÁ CONTER ALARMES VISUAIS E SONOROS CITADOS ABAIXO:
* FINAL DA SOLUÇÃO
* OCLUSÃO
* VAZÃO LIVRE
* BATERIA COM CARGA BAIXO
* AR NA LINHA (SEM ACESSO PARA DESLIGAMENTO);
* K.V.O.

AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO MANUAL DEVERÃO SER EM PORTUGUÊS.

- QUANTO DA EMPRESA FORNECEDORA DA BOMBA:
* ESTA DEVERÁ PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM ÔNUS PARA O HOSPITAL;
* MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO A CADA 03 MESES OU DE ACORDO COM NORMAS DO FABRICANTES;
* SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA QUEBRADA;
* RELATÓRIO QUANTO A DEFEITO APRESENTADO E QUAIS FORAM AS MEDIDAS TOMADAS;
* FORNECER TREINAMENTO TÉCNICO PARA MANUSEIO/USO DO EQUIPAMENTO A TODA EQUIPE;

- OBSERVAÇÕES:
O EQUIPAMENTO SOMENTE OBTERÁ ACEITAÇÃO DEFINITIVA APÓS SER SUBMETIDO A TESTES FUNCIONAIS;
OS FORNECEDORES DEVERÃO APRESENTAR AMOSTRA SE NECESSÁRIO DO EQUIPO E DA BOMBA DE INFUSÃO, IDENTIFICADO COM O NOME DO FORNECEDOR;
OS FORNECEDORES DEVERÃO APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO EQUIPO E DA BOMBA DE INFUSÃO;
AS BOMBAS DEVERÃO PERMANECER NESTA INSTITUIÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO E ATÉ QUE TODO O ESTOQUE SEJA CONSUMIDO.

3	8.000	UN	525	EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE DIETAS ENTERAIS
---	-------	----	-----	--

Ficha Técnica:

EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL), ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,00m., CONSTITUÍDO POR PONTA PERFURANTE PONTA CRUZ, COM OU SEM FILTRO DE AR (TIPO VÁLVULA), CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL E TUBO EM PVC, COM OU SEM INTERMEDIADO POR SEGMENTO DE SILICONE GRAU MÉDICO, PINÇA CORTA FLUXO E CONECTOR TERMINAL GRADUADO OU CÔNICO, COM CAPAS PROTETORAS NAS EXTREMIDADES, UTILIZADO PARA INFUSÃO DE LÍQUIDOS INJETÁVEIS EM VIA ENTERAL, ESPECÍFICO PARA BOMBAS DE INFUSÃO. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.
REGISTRO NA ANVISA.

A EMPRESA FORNECEDORA DO EQUIPO DEVERÁ ENTREGAR NA CONDIÇÃO DE COMODATO BOMBA DE INFUSÃO PERISTALTICA CIRCULAR OU LINEAR ESPECIFICA DE DIETAS ENTERAIS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- BOMBA DE INFUSÃO PROJETADA PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS QUE REQUEIRA INFUSÃO SEGURA, PRECISA E CONFIÁVEL, INDICADAS PARA PACIENTES NÉO-NATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTO;
- MOSTRADOR DIGITAL OU PICTOGRAMAS COM LEITURA EM PORTUGUÊS;
- OPÇÃO DE ALTERAÇÃO RÁPIDA DE FLUXO SEM INTERROMPER A INFUSÃO;
- PROGRAMAÇÃO/PARÂMETRO MÍNIMO/MÁXIMO AJUSTÁVEL PELO USUÁRIO:
VOLUME PROGRAMADO: ENTRE 0,1 A 9.999ml OU 1 A 5.000ml;
VELOCIDADE DA INFUSÃO: ENTRE 0,1 A 9.999ml/h OU 1 A 600ml/h;
- O EQUIPAMENTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER BIVOLTS;
- A BATERIA DEVERÁ TER A DURAÇÃO DE NO MÍNIMO 04 HORAS / 100ml/h;
- PESO DA BOMBA DE APROXIMADAMENTE 3 kg;
- POSSUIR MEMÓRIA;
- PRECISÃO ACIMA DE 95%;
- OBRIGATORIAMENTE A BOMBA DE INFUSÃO DEVERÁ CONTER ALARMES VISUAIS E SONOROS CITADOS ABAIXO:
FINAL DA SOLUÇÃO;
OCLUSÃO;
VAZÃO LIVRE;
BATERIA COM CARGA BAIXA;
AR NA LINHA (SEM ACESSO PARA DESLIGAMENTO);

AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO MANUAL DEVERÃO SER EM PORTUGUÊS.

- QUANTO DA EMPRESA FORNECEDORA DAS BOMBAS:
ESTÁ DEVERÁ PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM ÔNUS PARA O HOSPITAL;
MANUTENÇÃO PREVENTIVA A CADA 03 MESES - SUPORTE TÉCNICO;
SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA QUEBRADA;
RELATÓRIO QUANTO A DEFEITO APRESENTADO E QUAIS FORAM AS MEDIDAS TOMADAS;
FORNECER TREINAMENTO TÉCNICO PARA MANUSEIO/USO DO EQUIPAMENTO A TODA EQUIPE;

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
Nº Solicitação: 23513			Data: 15/03/2019	Por: ALMOXARIFADO

- OBSERVAÇÕES:

O EQUIPAMENTO SOMENTE OBTERÁ ACEITAÇÃO DEFINITIVA APÓS SER SUBMETIDO A TESTES FUNCIONAIS;
OS FORNECEDORES DEVERÃO APRESENTAR SE NECESSÁRIO AMOSTRA DO EQUIPO E DA BOMBA DE INFUSÃO, IDENTIFICADO COM O NÚMERO NOME DO FORNECEDOR;
OS FORNECEDORES DEVERÃO APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO EQUIPO E DA BOMBA DE INFUSÃO;
AS BOMBAS DEVERÃO PERMANECER NESTA INSTITUIÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO E ATÉ QUE TODO O ESTOQUE SEJA CONSUMIDO.