



PREGÃO PRESENCIAL 19/17 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.180/2017

OBJETO DE LICITAÇÃO: "Registro de Preços para fornecimento de materiais de enfermagem".

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às 15h30min, reuniu-se o Pregoeiro com a equipe de apoio da Fundação de Saúde do Município de Americana, quando foi instaurada a sessão para análise dos pareceres da equipe técnica de enfermagem, referente a análise das amostras apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme constante da ata da sessão do dia 09 de agosto de 2017. Da análise técnica o pregoeiro e equipe de apoio acatam, na íntegra, os laudos técnicos emitidos pela equipe de enfermagem restando, portanto, **Lote 04:** Cirúrgica Fernandes – Reprovado – parecer técnico: "*estas agulhas já foram testadas anteriormente pelo departamento de anestesiologia, o que optou por unanimidade em permanecer com as agulhas utilizadas no centro cirúrgico*" - 2º Preço: Becton & Dickinson – Marca já homologada, preço dentro do estimado – Aprovado; **Lote 05:** Volpi Distribuidora – Aprovado; **Lote 07:** Vital Hospitalar – Reprovado – parecer técnico: "*pouco elasticidade do manuseio, tramas muito entreabertas, solta fios do manuseio*" - 2º Preço: Dakfilm Comercial – Marca já homologada, preço dentro do estimado – Aprovada; **Lote 11:** Quality Medical – Reprovado – parecer técnico: "*pouca aderência na pele do bebê e desfia com facilidade*" 2º Preço: S.P. Comércio – Desclassificado - Apresentou preço inexequível – Lote Fracassado; **Lote 32:** S.P. Comércio – Reprovado – parecer técnico: "*canhão não é transparente, dificulta a visualização do retorno venoso, não possui reencepe total do mandrie dificuldade para punção (ponta romba): O Cateter nº 24 não possui sistema trava (de acordo com a NR)*" - 2º Preço: Becton & Dickinson – Marca já homologada, preço dentro do estimado – Aprovado; **Lote 40:** Comercial Cirúrgica Rioclarense – Aprovado; **Lote 46:** S.P. Comércio – Reprovado – parecer técnico: "*tamanho não é neonatal*" - 2º Preço: Cirurgica Fernandes - Marca já homologada, preço dentro do estimado; **Lote 62:** S.P. Comércio – Aprovado; **Lote 63:** Max Medical – Aprovado; **Lote 74:** S.P. Comércio – Aprovado; **Lote 81:** Cotação Comércio – Reprovado – parecer técnico: "*informações inadequadas na embalagem, não descreve o processo de esterilização realizada, não cita a quantidade de ml que o produto aceita, não possui protetor na área de encaixe do cateter, aumentando o risco de contaminação, a proteção é necessária para uso também na proteção dos equipos quando retirado do paciente, de difícil manuseio no ato de administração da medicação*" - 2º Preço: Becton & Dickinson – Marca já homologada, preço dentro do estimado – Aprovado; **Lote 83:** S.P. Comércio – Reprovado – parecer técnico: "*Asas de fixação não são tão flexivas, bisil na realização da punção arrombada*" - 2º Preço: Pontual - Marca já homologada, preço dentro do estimado. Prazo de 03 dias úteis para interposição de recursos pelas empresas que tiveram amostra reprovada. Nada mais, assinam abaixo:



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

HOSPITAL MUNICIPAL "Dr. Waldemar Tebaldi"

Sidnei de Andrade
Pregoeiro da FUSAME

Leticia Cristina S. Costa Brito.
Leticia Cristina S. C. Brito
Equipe de apoio

Sandra M. Martins
Sandra Maria Martins
Equipe de apoio