



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

HOSPITAL MUNICIPAL "Dr. Waldemar Tebaldi"

Comunicado

De: Coordenadoria de Enfermagem

Para: Setor de Licitação

Em resposta a solicitação de esclarecimento da empresa Nacional Comercial Ltda. protocolada no dia 01/08/2017 sob o numero 001498, o **item 366** do pregão presencial 19/2017 **indicador químico de vapor** padronizado na Fundação de Saúde do Hospital Municipal de Americana é **leitura por limite**.

Sem mais, agradeço.

Americana, 02 de Agosto de 2017

Nilce Mara de Oliveira
Coordenadora de Enfermagem
COREN-SP 265411

Nilce Mara de Oliveira
Gerente de Enfermagem
COREN 265411



NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Av. Doutor Celso Charuri, 7500 – JD. Manoel Pena – Ribeirão Preto SP
Fone: 16.3963.9090 / Fax: 0800.183260
CNPJ: 52.202.744/0001-92 - Insc. Est. 582.156.635 119

475

Ribeirão Preto, 31 de Julho de 2017.

À
Fundação de Saúde do Município de Americana – Fusame
Hospital Municipal Dr Valdemar tebaldi
A/C: Departamento de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2017

Prezado Senhor,

A Nacional Comercial Hospitalar Ltda, na qualidade de empresa interessada no procedimento licitatório acima mencionado, vem, por meio desta, informar e, então, solicitar o esclarecimento por parte desta r. Administração.

Anexo 1 - Ficha Técnica

Item: 366 - Integrador Químico de Vapor:


INTEGRADOR QUÍMICO DE VAPOR EMBALAGEM C/ 500 UN.
MÉTODO SIMPLES E PRECISO DE ASSEGURAR QUE AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A ESTERILIZAÇÃO FORAM ATINGIDAS DURANTE O CICLO.
O INTEGRADOR PODE SER USADO EM TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR INCLUSIVE NOS CICLOS DE VÁCUO FRACIONADO, GRAVIDADE E ESTERILIZAÇÃO "FLASH", POIS SUA REAÇÃO PROGRESSIVA ACOMPANHA A CURVA DE MORTE BACTERIOLÓGICA DO MICRORGANISMO DE TESTE.
VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES DA DATA DE ENTREGA.
APRESENTAR REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Pergunta: No descritivo do item não cita qual a forma de leitura do Integrador. Ele poderá ser por mudança de cor passando de uma cor para outra após o processo de esterilização ou por mudança de limite onde se todos os parâmetros críticos de esterilização forem alcançados ele migrará da área rejeito para o aceito.
O integrador químico que o hospital necessita será por mudança de cor ou de limite?

PROJETO - 01-AGO-2017-14:04-001498-1

Certos de vosso posicionamento quanto ao aqui formulado, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração e, desta forma, subscrevemo-nos.

Cordialmente,



Ana Cristina Bueno de Godoy Lagazzi
Representante
Fone: (19) 98107-9851
e-mail: cristina@lagazzi.com