

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Avenida da Saúde, 415 - Jardim Nossa Senhora de Fátima - C.G.C. 47.716.204/0001-97 - Inscrição Estadual: Isenta

- Solicitação de Compra -

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
Nº Solicitação: 25227		Data: 28/06/2021		Por: PRONTO SOCORRO COVID19
1	12	UNI	11101	LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL

Ficha Técnica:

LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTÁTIL
PARA UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR PAC-COVID PACIENTES ADULTOS,
COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
PESO MENOR QUE 5 KG, COM BATERIA INTEGRADA;
A BATERIA DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 90 MINUTOS DE AUTONOMIA;
FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT E COM CABOS PADRÃO ABNT (BRASIL).
DEVE POSSUIR 03 TRANSDUTORES:
- TRANSDUTOR SETORIAL (PARA AVALIAÇÃO CARDÍACA)
- TRANSDUTOR LINEAR (PARA ACESSO VASCULAR)
- TRANSDUTOR CONVEXO (PARA AVALIAÇÃO TORÁCICA E ABDOMINAL);
APRESENTAR OS MODOS DE IMAGEM: 2D (MODO B), MODO M ANATÔMICO, DOPPLER COLORIDO, DOPPLER DE ONDA PULSADA,
POWER DOPPLER, DOPPLER DE ONDA CONTÍNUA, DOPPLER TECIDUAL; IMAGENS HARMÔNICAS TECIDUAIS.
CARACTERÍSTICAS DAS IMAGENS: DEVE TER VISUALIZAÇÃO APERFEIÇOADA DE AGULHA, RESOLUÇÃO DE PROFUNDIDADE
DINÂMICA; TRAPEZOIDAL, COR/2D; TRÍPLEX/DUPLEX (SIMULTÂNEO/NÃO SIMULTÂNEO); TELA DIVIDIDA; TELA CHEIA;
AUTO OTIMIZAÇÃO; ORIENTAÇÃO DO FEIXE 2D; ESPESSURA DE ÍNTIMA MÉDIA; PÓS
PROCESSAMENTO; CONTROLES DE MUDANÇA DE COR PARA MODO ATIVO;
CAPTURA RETROSPECTIVA E PROSPECTIVA; CAPACIDADE DE CORTE CINELOOP;
FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO AVANÇADA; DESENVOLVEDOR DE RELATÓRIO CONFIGURÁVEL;
ARMAZENAMENTO, IMPRESSÃO E EXPORTAÇÃO DE MÍDIAS NOS FORMATOS JPEG/AVI/BMP/PDF, DICOM 3.0;
RELATÓRIOS ESTRUTURADOS DICOM;
TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE NO MÍNIMO 14"; LCD ILUMINADO;
ARMAZENAMENTO SSD DE 256GB;
EXPORTAÇÃO DE IMAGENS (JPG/PDF/AVI); ENTRADA USB;
REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N, ENTRADA ETHERNET;
ENTRADA PARA CARTÃO SD;
SAÍDA DE VÍDEO HDMI OU MICRO HDMI;
SAÍDA PARA VIDEO PRINTER;
BATERIA DE LÍTIO REMOVÍVEL E RECARREGÁVEL; AUTO FALANTE;
ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO;
CÂMERA EMBUTIDA ACIMA DE 2 MEGAPIXELS PARA UTILIZAÇÃO COM TELEMEDICINA,
ASSISTÊNCIA REMOTA DE ESPECIALISTA.
DEVE VIR ACOMPANHADA DE BOLSA DE TRANSPORTE E PODE POSSUIR CAPA DE
SILICONE OU SIMILAR QUE MINIMIZE IMPACTO DE QUEDA; SOFTWARE DE INSTALAÇÃO.
COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS;
POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.
GARANTIA:
- MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO COMPLETO, SE
NECESSÁRIO, POR CONTA DA LICITANTE VENCEDORA SEM CUSTO ADICIONAL A FUSAME;
- CHAMADO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DEVERÁ SER ATENDIDO NO PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS APÓS ABERTURA
DO MESMO SEM CUSTO ADICIONAL A FUSAME;