




FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA


HOSPITAL MUNICIPAL "Dr. Waldemar Tebaldi"


PREGÃO PRESENCIAL 28/18 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.541/2018
OBJETO DE LICITAÇÃO: "Registro de Preços para fornecimento de materiais de enfermagem".

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às 15h30min, reuniu-se o Pregoeiro com a equipe de apoio da Fundação de Saúde do Município de Americana, quando foi instaurada a sessão para análise dos pareceres da equipe técnica de enfermagem, referente a análise das amostras apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme constante da ata da sessão do dia 17 de outubro de 2018. Da análise técnica o pregoeiro e equipe de apoio acatam, na íntegra, os laudos técnicos emitidos pela equipe de enfermagem restando, portanto, **Lote 07:** "Nacional Comercial" – Aprovada; **Lote 09:** "Medimport" – Aprovada; **Lote 32:** Reprovado - parecer técnico anexo - 4º Melhor Preço: "Vital Hospitalar", preço dentro do estimado – a empresa deve apresentar Amostra, Registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação para análise e conferência; Prazo de 02 (dois) dias úteis para as empresas apresentarem Amostra, Registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação, conforme solicitado em tela. Por fim, prazo de 03 dias úteis para interposição de recursos pelas empresas que tiveram amostra reprovada. Nada mais, assinam abaixo:


Sidnei de Andrade
Pregoeiro da FUSAME


Leticia Cristina S. C. Brito
Equipe de apoio


Neli Regina Sarti
Equipe de apoio



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA
HOSPITAL MUNICIPAL "Dr. Waldemar Tebaldi"

Av. Saúde, nº 415 - Jd. N. Senhora de Fátima - Americana - SP

Tel.: 3471-6750 - Ramal 274 - 275 e 3471-6751

P.P. 28/2018
Lote = 07

LAUDO TÉCNICO

(Avaliação de Produtos Novos)

Americana, 22 de novembro de 2018

Produto: ATADUA DE CREPE nº. 08/32/20cm. MARCA: Polax Fixo

Esterilização () óxido de etileno () vapor (X) não estéril () outros

Fornecedor: NACIONAL Comercial

Reg. M.S. nº: 8003400027 Val. Reg. M.S.: ____/____/____

Reg. Alvará nº: Val. Reg. Alvará: ____/____/____

Representante: CRISTINA LAGAZZI Fone: _____

Finalidade do Produto: IMOBILIZAÇÃO ENTRE OSSOS

Resumo de Desempenho do Produto

Responsável: _____ Setor: _____

Informações da embalagem: (X) Adequada () Inadequada

Abertura de Embalagem: (X) Fácil () Intermediário () Difícil

Praticidade: () Excelente (X) Adequada () Inadequado

Desempenho do Produto: (X) Satisfatório () Insatisfatório

Avaliação do teste: Operado

Parecer Final do Produto: (X) aprovado () reprovado

Justifique: _____

FABRICIO L. BRAZ
Enfermeiro Responsável Técnico
COREN-SP 318403

Assinatura Responsável

Comissão de Padronização

Manifestação da Comissão de Padronização: _____

() Aprovado () Reprovado

Data: ____/____/____

Nome e Assinatura



AVENTAL EM TNT MANGA LONGA E PUNHO 30G/M²

Confeccionado em Têxido Não Tecido 100% Polipropileno Não Estéril
PRODUTO DE USO ÚNICO. Não pode ser vendido separadamente.
Conservar em local seco e arejado em temperatura ambiente.
Registro MS/Anvisa: 81644630005
FOX IND. E COM. DE MAT. MED. E HOSP. EIRELI - EPP
CNPJ: 28.791.011/0001-56
E-MAIL: foxmedicohospitalar@gmail.com - FONE: (19) 3846-6147
Lote: 136/18 FABR. 10/2018 VAL. 10/2021

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA
FAL MUNICIPAL "Dr. Waldemar Tebaldi"

- Jd. N. Senhora de Fátima - Americana - SP

6750 - Ramal 274 - 275 e 3471-6751

LAUDO TÉCNICO

P.P. 28/2018
LOTE: 09

(Avaliação de Produtos Novos)

Americana, 19 de NOVEMBRO de 20 18

MARCA = FOX INDUSTRIAL

Produto: AVENTAL EM TNT MANGA LONGA 306G.

Esterilização () óxido de etileno () vapor () não estéril () outros

Fornecedor: MEDIMPORT. COMERCIO

Reg. M.S. nº: B3644630005 Val. Reg. M.S.: / /

Reg. Alvará nº: Val. Reg. Alvará: / /

Representante: FERNANDO VENTURA Fone: (11) 3837 9547

Finalidade do Produto: EPI ENFERMAGEM / MENSOS EM GERAL

Resumo de Desempenho do Produto

Responsável: Rivaldo dos Santos Setor: V.T.I

Informações da embalagem: () Adequada () Inadequada

Abertura de Embalagem: () Fácil () Intermediário () Difícil

Praticidade: () Excelente () Adequada () Inadequado

Desempenho do Produto: () Satisfatório () Insatisfatório

Avaliação do teste: AVENTAL MUITO BOM AS ARRANHAS NÃO RANÇAM, MUITO BOM PARA VESTIR E TAMBÉM NÃO RASGA, AO VESTIR O PUNHO, APROVADO PARA USO

Parecer Final do Produto: () aprovado () reprovado

Justifique:

FABRICADO NO BRASIL
Enfermeiro Responsável Técnico
COREN-SP 318403

Nível de Sanção
Enfermeiro
COREN-SP 17.829

Assinatura Responsável

Comissão de Padronização

Manifestação da Comissão de Padronização:

() Aprovado () Reprovado

Data: / /

Nome e Assinatura



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA
HOSPITAL MUNICIPAL "Dr. Waldemar Tebaldi"

Av. Saúde, nº 415 - Jd. N. Senhora de Fátima - Americana - SP

Tel.: 3471-6750 - Ramal 274 - 275 e 3471-6751

P.P. 28/2018

LOTE 32.

LAUDO TÉCNICO

(Avaliação de Produtos Novos)

MARCA = TKL

Americana, 20 de Novembro de 2018

Produto: CATETER INTRA VENOSO PERIFÉRICO Nº 16/18/20/22/246.

Esterilização Óxido de etileno () vapor () não estéril () outros

Fornecedor: BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO

Reg. M.S. nº: Val. Reg. M.S.: / /

Reg. Alvará nº: Val. Reg. Alvará: / /

Representante: Fone:

Finalidade do Produto: ACESSO VENOSO MEDICAO

Resumo de Desempenho do Produto

Responsável: Setor:

Informações da embalagem: Adequada () Inadequada

Abertura de Embalagem: Fácil () Intermediário () Difícil

Praticidade: () Excelente () Adequada Inadequado

Desempenho do Produto: () Satisfatório Insatisfatório

Avaliação do teste: Produto não possui ventosa automática do mandril, trazendo risco ao profissional (NR 32) para acidente por perfuro.

Outra falha é a não ventosa sendo no mandril, o que impede a certeza da punção aumentando o tempo de execução da punção.

Parecer Final do Produto: () aprovado reprovado

Justifique: A não ventosa automática do mandril associada ao não ventoso sendo (enchimento da base do abocath) impede a certeza de sucesso da punção e em caso de emergência não faz perder tempo precioso de ação em indivíduos de enchimento do corpo de abocath e a retirada do mandril aumentará risco de sangue no acesso durante a punção o que aumentará retrabalho e consumo de material.

Comissão de Padronização

Assinatura Responsável

Kathlyn Fávoro
Enfermeira
COREN/SP 141717

Manifestação da Comissão de Padronização:

() Aprovado () Reprovado

Data: / /

Nome e Assinatura