



Americana, 26 de novembro de 2019.

Ao departamento Jurídico.

Referente ao processo administrativo nº 001454/2019.

Assunto: Fornecimento de filmes e químico para a Mamografia.

1 lugar : Empresa Rocha.

A mamografia é o método mais efetivo de diagnóstico precoce, na atualidade.

Um exame com alto padrão de qualidade pode visualizar, em 85% a 90% dos casos, um tumor.

O objetivo é produzir imagens detalhadas com alta resolução da estrutura interna da mama para possibilitar bons resultados diagnósticos.

O filme apresentado para análise Fuji não apresentou bom rendimento, o mesmo apresentou uma imagem fosca e sem detalhe indo da escala do cinza claro para o branco, foi feito também teste com aumento densidade (1), sendo que não é recomendado, mais mesmo assim não atingiu a qualidade da imagem para atender os padrões técnicos.

Outro ponto muito importante foi a realização de um exame com prótese, usamos a mesma técnica habitual mais não atendeu os padrões técnico para laudo médicos (exame anexo).

Portanto, o valor da mamografia está na dependência íntima de seu padrão de qualidade. Para alcançar alto padrão é imperativo que o exame mamografia siga padrões rígidos e pré-estabelecido.

A fim de mantermos a nossa qualidade de nossos serviços, onde o Hospital Municipal presa pela qualidade, reprovamos a marca de filme Fuji, para evitar laudos mal interpretados.

2 lugar: Dupac Eireli EPP:


A fim de mantermos a nossa qualidade de nossos serviços, onde o Hospital Municipal presa pela qualidade, reprovamos a marca de filme Fuji, para evitar laudos mal interpretados.

3 lugar: Quality Medical Com e distribuidora:


A fim de mantermos a nossa qualidade de nossos serviços, onde o Hospital Municipal presa pela qualidade, reprovamos a marca de filme Fuji, para evitar laudos mal interpretados.

4 lugar: Imagem sistema Médicos LTDA;

Solicito amostra do filme de mamografia, revelador e fixador para análise.



Dr. José Eduardo Rodrigues Costa.  
Médico Radiologista da Mamografia.  
CRM: 82486



Fabiana Alexssandra Chaves.  
Encarregada Técnica da Radiologia H.M.  
CRTR: 09892T.

234

